

针头式过滤器最终质量检查表 Filtration Products Quality Final Check list

目录号 Catalog Number	FPE404030	规格 Specifications	30mm			
批号 Lot Number	221028-052-A	有效期 Expiration Date	2025-10-28			
生产日期 Manufacture Date	2022-10-28	检验日期 Inspection Date	2022-10-31			
检验项目及结果 Inspection Item and Result						
检验项目及标准 Inspection Item and Standard		接收水平 Acceptance Level			检验结果 Inspection Result	
		检验水平 Quality Level	样品数 Sample Size	收：退 Ac:Re	结果 Result	判断 Judgement
外观 Appearance	产品无异色杂质、无油污、破裂、缩水变形现象，无披锋，包装完整 No heterochromatic impurities. No oil, crack, shrinkage deformation, burrs. With complete packaging.	依据标准：GB/T 2828.1-2012 Standard：GB/T2828.1-2012 抽样水平：Level II, AQL 1.5 Sample Level: Level II, AQL 1.5			符合/Meet criteria	合格/OK
性能 Function	流速 Flow time	C=0	10	0 : 1	符合/Meet criteria	合格/OK
	泡点 Bubble Point	C=0	10	0 : 1	符合/Meet criteria	合格/OK
	耐压性 Pressure resistance	C=0	10	0 : 1	符合/Meet criteria	合格/OK
	吸塑盒热压密封效果 Heat pressure sealing effect of blister box	C=0	10	0 : 1	符合/Meet criteria	合格/OK
	除菌效果 Sterilizing effect	N/A				
生物性能 Biological Performance	无菌 Sterilized(SAL=10 ⁻⁶)	C=0	3	0 : 1	样品 Samples : --- 阳性对照 Positive : +++ 阴性对照 Negative : ---	合格/OK
	热原≤0.5EU/mL Non-Pyrogenic (≤0.5EU/mL)	C=0	3	0 : 1	样品 Samples : --- 阳性对照 Positive : +++ 阴性对照 Negative : ---	合格/OK
	无酶 DNase & RNase Free	C=0	3	0 : 1	样品 Samples : --- 阳性对照 Positive : +++ 阴性对照 Negative : ---	合格/OK
最终判断 Final Judgement		接收 Accept			拒收 Reject	
签名 Signature						
检验 Inspected by				审核 Approved by		
张 江 强				马 菊 菊		