

针头式过滤器最终质量检查表 Filtration Products Quality Final Check list

目录号 Catalog Number	FPE404030	规格 Specifications	30mm								
批号 Lot Number	230105-052-A	有效期 Expiration Date	2026-01-05								
生产日期 Manufacture Date	2023-01-05	检验日期 Inspection Date	2023-01-08								
检验项目及结果 Inspection Item and Result											
检验项目及标准 Inspection Item and Standard		接收水平 Acceptance Level			检验结果 Inspection Result						
		检验水平 Quality Level	样品数 Sample Size	收: 退 Ac:Re	结果 Result	判断 Judgement					
外观 Appearance	产品无异色杂质、无油污、破裂、缩水变形现象, 无披锋, 包装完整 No heterochromatic impurities. No oil, crack, shrinkage deformation, burrs. With complete packaging.	依据标准: GB/T 2828.1-2012 Standard: GB/T2828.1-2012 抽样水平: Level II, AQL 1.5 Sample Level: Level II, AQL 1.5			符合/Meet criteria	合格/OK					
性能 Function	流速 Flow time	C=0	10	0: 1	符合/Meet criteria	合格/OK					
	泡点 Bubble Point	C=0	10	0: 1	符合/Meet criteria	合格/OK					
	耐压性 Pressure resistance	C=0	10	0: 1	符合/Meet criteria	合格/OK					
	吸塑盒热压密封效果 Heat pressure sealing effect of blister box	C=0	10	0: 1	符合/Meet criteria	合格/OK					
	除菌效果 Sterilizing effect	N/A									
生物性能 Biological Performance	无菌 Sterilized(SAL=10 ⁻⁶)	C=0	3	0: 1	样品 Samples: --- 阳性对照 Positive: +++ 阴性对照 Negative: ---	合格/OK					
	热原≤0.5EU/mL Non-Pyrogenic (≤0.5EU/mL)	C=0	3	0: 1	样品 Samples: --- 阳性对照 Positive: +++ 阴性对照 Negative: ---	合格/OK					
	无酶 DNase & RNase Free	C=0	3	0: 1	样品 Samples: --- 阳性对照 Positive: +++ 阴性对照 Negative: ---	合格/OK					
最终判断 Final Judgement	接收 Accept			拒收 Reject							
签名 Signature											
检验 Inspected by				审核 Approved by							
张 江 强				马 菊 菊							