

## 吸头最终质量检查表 Tips Quality Final Check list

|                          |              |                         |            |
|--------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| 目录号<br>Catalog Number    | PMT252000    | 规格<br>Specifications    | 1000μl     |
| 批号<br>Lot Number         | 220409-307-D | 有效期<br>Expiration Date  | 2025-04-09 |
| 生产日期<br>Manufacture Date | 2022-04-09   | 检验日期<br>Inspection Date | 2022-04-12 |

### 检验项目及结果

### Inspection Item and Result

| 检验项目及标准<br>Inspection Item and Standard |                                                                                                                                                  | 接收水平<br>Acceptance Level                                                                                        |                    |              | 检验结果<br>Inspection Result                                |                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
|                                         |                                                                                                                                                  | 检验水平<br>Quality Level                                                                                           | 样品数<br>Sample Size | 收：退<br>Ac:Re | 结果<br>Result                                             | 判断<br>Judgement |
| 外观<br>Appearance                        | 产品无油污、破裂、缩水变形现象，无披锋；内外壁光滑，无弯曲；包装完整<br>No oil, crack, shrinkage deformation, burrs. The tips is smooth, without bending. With complete packaging. | 依据标准：GB/T 2828.1-2012<br>Standard: GB/T2828.1-2012<br>抽样水平：Level II, AQL 1.5<br>Sample Level: Level II, AQL 1.5 |                    |              | 符合/Meet criteria                                         | 合格/OK           |
| 性能<br>Function                          | 与移液枪匹配性：<br>Match with pipettor                                                                                                                  | C=0                                                                                                             | 10                 | 0: 1         | 符合/Meet criteria                                         | 合格/OK           |
|                                         | 管壁残留 Liquid residue on the inner wall of the tip                                                                                                 | C=0                                                                                                             | 10                 | 0: 1         | 符合/Meet criteria                                         | 合格/OK           |
|                                         | 耐高温：121℃，20 分钟<br>High temperature performance：121℃, 20min                                                                                       | N/A                                                                                                             |                    |              |                                                          |                 |
| 生物性能<br>Biological Performance          | 无菌<br>Sterilized (SAL=10 <sup>-6</sup> )                                                                                                         | C=0                                                                                                             | 3                  | 0: 1         | 样品 Samples：---<br>阳性对照 Positive：+++<br>阴性对照 Negative：--- | 合格/OK           |
|                                         | 热原≤0.5EU/mL<br>Non-Pyrogenic (≤0.5EU/mL)                                                                                                         | C=0                                                                                                             | 3                  | 0: 1         | 样品 Samples：---<br>阳性对照 Positive：+++<br>阴性对照 Negative：--- | 合格/OK           |
|                                         | 无酶<br>DNase & RNase Free                                                                                                                         | C=0                                                                                                             | 3                  | 0: 1         | 样品 Samples：---<br>阳性对照 Positive：+++<br>阴性对照 Negative：--- | 合格/OK           |
| 最终判断<br>Final Judgement                 |                                                                                                                                                  | 接收<br>Accept                                                                                                    | √                  |              | 拒收<br>Reject                                             |                 |
| 签名<br>Signature                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                    |              |                                                          |                 |
| 检验 Inspected by                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                 | 审核 Approved by     |              |                                                          |                 |
| 张江强                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                 | 质量部                |              | 马菊菊                                                      |                 |