

## 细胞培养系列最终质量检查表 Tissue Culture Products Quality Final Check List

|                          |              |                         |            |
|--------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| 目录号<br>Catalog Number    | TCF011600    | 规格<br>Specifications    | 600mL      |
| 批号<br>Lot Number         | 221112-105BA | 有效期<br>Expiration Date  | 2025-11-12 |
| 生产日期<br>Manufacture Date | 2022-11-12   | 检验日期<br>Inspection Date | 2022-11-15 |

### 检验项目及结果

### Inspection Item and Result

| 检验项目及标准<br>Inspection Item and Standard |                                                                                                        | 接收水平<br>Acceptance Level                                                                                          |                    |               | 检验结果<br>Inspection Result                                   |                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                         |                                                                                                        | 检验水平<br>Quality Level                                                                                             | 样品数<br>Sample Size | 收: 退<br>Ac:Re | 结果<br>Result                                                | 判断<br>Judgement |
| 外观<br>Appearance                        | 产品无油污、破裂、缩水变形现象, 无披锋; 包装完整<br>No oil, crack, shrinkage deformation, burrs.<br>With complete packaging. | 依据标准: GB/T 2828.1-2012<br>Standard: GB/T2828.1-2012<br>抽样水平: Level II, AQL 1.5<br>Sample Level: Level II, AQL 1.5 |                    |               | 符合/Meet criteria                                            | 合格/OK           |
| 性能<br>Function                          | 密封性 Sealing Property                                                                                   | N/A                                                                                                               |                    |               |                                                             |                 |
|                                         | 容量: $\pm 5\%$<br>Capacity: within $\pm 5\%$                                                            | C=0                                                                                                               | 10                 | 0: 1          | 符合/Meet criteria                                            | 合格/OK           |
|                                         | 悬浮型 Suspension type                                                                                    | N/A                                                                                                               |                    |               |                                                             |                 |
|                                         | 表面处理 Surface Treatment                                                                                 | C=0                                                                                                               | 3                  | 0: 1          | 符合/Meet criteria                                            | 合格/OK           |
|                                         | 细胞培养: 贴壁率 $>80\%$<br>Tissue Culture:<br>Adherence rate $>80\%$                                         | C=0                                                                                                               | 3                  | 0: 1          | 符合/Meet criteria                                            | 合格/OK           |
| 生物性能<br>Biological Performance          | 无菌<br>Sterilized(SAL= $10^{-6}$ )                                                                      | C=0                                                                                                               | 3                  | 0: 1          | 样品 Samples: ---<br>阳性对照 Positive: +++<br>阴性对照 Negative: --- | 合格/OK           |
|                                         | 热原 $\leq 0.5\text{EU/mL}$<br>Non-Pyrogenic ( $\leq 0.5\text{EU/mL}$ )                                  | C=0                                                                                                               | 3                  | 0: 1          | 样品 Samples: ---<br>阳性对照 Positive: +++<br>阴性对照 Negative: --- | 合格/OK           |
|                                         | 细胞毒性<br>Cytotoxicity                                                                                   | C=0                                                                                                               | 3                  | 0: 1          | 样品 Samples: ---<br>阳性对照 Positive: +++<br>阴性对照 Negative: --- | 合格/OK           |
|                                         | 无酶<br>DNase & RNase Free                                                                               | C=0                                                                                                               | 3                  | 0: 1          | 样品 Samples: ---<br>阳性对照 Positive: +++<br>阴性对照 Negative: --- | 合格/OK           |
| 最终判断<br>Final Judgement                 |                                                                                                        | 接收<br>Accept                                                                                                      |                    |               | 拒收<br>Reject                                                |                 |

### 签名 Signature

检验 Inspected by

审核 Approved by

张 子 伟

质量部

马 萧 萧