

## 细胞培养系列最终质量检查表 Tissue Culture Products Quality Final Check List

|                          |              |                         |            |
|--------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| 目录号<br>Catalog Number    | TCF012600    | 规格<br>Specifications    | 600mL      |
| 批号<br>Lot Number         | 221227-105BA | 有效期<br>Expiration Date  | 2025-12-27 |
| 生产日期<br>Manufacture Date | 2022-12-27   | 检验日期<br>Inspection Date | 2022-12-30 |

### 检验项目及结果

### Inspection Item and Result

| 检验项目及标准<br>Inspection Item and Standard |                                                                                                          | 接收水平<br>Acceptance Level                                                                                       |                    |              | 检验结果<br>Inspection Result                                       |                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                         |                                                                                                          | 检验水平<br>Quality Level                                                                                          | 样品数<br>Sample Size | 收：退<br>Ac:Re | 结果<br>Result                                                    | 判断<br>Judgement |
| 外观<br>Appearance                        | 产品无油污、破裂、缩水变形现象，<br>无披锋；包装完整<br>No oil, crack, shrinkage deformation, burrs.<br>With complete packaging. | 依据标准：GB/T 2828.1-2012<br>Standard：GB/T2828.1-2012<br>抽样水平：Level II, AQL 1.5<br>Sample Level: Level II, AQL 1.5 |                    |              | 符合/Meet criteria                                                | 合格/OK           |
| 性能<br>Function                          | 密封性 Sealing Property                                                                                     | N/A                                                                                                            |                    |              |                                                                 |                 |
|                                         | 容量：±5% Capacity: within ±5%                                                                              | C=0                                                                                                            | 10                 | 0：1          | 符合/Meet criteria                                                | 合格/OK           |
|                                         | 悬浮型 Suspension type                                                                                      | N/A                                                                                                            |                    |              |                                                                 |                 |
|                                         | 表面处理 Surface Treatment                                                                                   | C=0                                                                                                            | 3                  | 0：1          | 符合/Meet criteria                                                | 合格/OK           |
|                                         | 细胞培养：贴壁率>80%<br>Tissue Culture：<br>Adherence rate >80%                                                   | C=0                                                                                                            | 3                  | 0：1          | 符合/Meet criteria                                                | 合格/OK           |
| 生物性能<br>Biological<br>Performance       | 无菌<br>Sterilized(SAL=10 <sup>-6</sup> )                                                                  | C=0                                                                                                            | 3                  | 0：1          | 样品 Samples： - - -<br>阳性对照 Positive： +++<br>阴性对照 Negative： - - - | 合格/OK           |
|                                         | 热原≤0.5EU/mL<br>Non-Pyrogenic (≤0.5EU/mL)                                                                 | C=0                                                                                                            | 3                  | 0：1          | 样品 Samples： - - -<br>阳性对照 Positive： +++<br>阴性对照 Negative： - - - | 合格/OK           |
|                                         | 细胞毒性<br>Cytotoxicity                                                                                     | C=0                                                                                                            | 3                  | 0：1          | 样品 Samples： - - -<br>阳性对照 Positive： +++<br>阴性对照 Negative： - - - | 合格/OK           |
|                                         | 无酶<br>DNase & RNase Free                                                                                 | C=0                                                                                                            | 3                  | 0：1          | 样品 Samples： - - -<br>阳性对照 Positive： +++<br>阴性对照 Negative： - - - | 合格/OK           |
| 最终判断<br>Final Judgement                 |                                                                                                          | 接收<br>Accept                                                                                                   |                    |              | 拒收<br>Reject                                                    |                 |
| 签名 Signature                            |                                                                                                          |                                                                                                                |                    |              |                                                                 |                 |
| 检验 Inspected by                         |                                                                                                          |                                                                                                                | 审核 Approved by     |              |                                                                 |                 |
| 张子强                                     |                                                                                                          |                                                                                                                | 马菊菊                |              |                                                                 |                 |