真空过滤器系列最终质量检查表 Filtration Products Quality Final Check list

目录号 Catalog Number	FPE214150	规格 Specifications	150ml
批号 Lot Number	230310-101-A	有效期 Expiration Date	2026-03-10
生产日期 Manufacture Date	2023-03-10	检验日期 Inspection Date	2023-03-13

检验项目及结果 Inspection Item and Result

检验项目及标准 Inspection Item and Standard		接收水平 Acceptance Level			检验结果 Inspection Result	
		检验水平 Quality Level	样品数 Sample Size	收：退 Ac:Re	结果 Result	判断 Judgement
外观 Appearance	产品无异色杂质、无油污、破裂、缩水变形现象，无披锋；包装完整 No heterochromatic impurities. No oil, crack, shrinkage deformation, burrs. With complete packaging.	依据标准：GB/T 2828.1-2012 Standard：GB/T2828.1-2012 抽样水平：Level II, AQL 1.5 Sample Level: Level II, AQL 1.5			符合/Meet criteria	合格/OK
性能 Function	容量：允差：±5% Capacity: within ±5%	C=0	3	0：1	符合/Meet criteria	合格/OK
	配合及密封性 Fit and Sealability	C=0	3	0：1	符合/Meet criteria	合格/OK
	流速 Flow time	C=0	3	0：1	符合/Meet criteria	合格/OK
	耐压性: -90kPa Pressure resistance: -90kPa	C=0	3	0：1	符合/Meet criteria	合格/OK
	细菌截留测试 Bacterial retention test	C=0	3	0：1	样品 Samples：- - - 阳性对照 Positive：+ + + 阴性对照 Negative：- - -	合格/OK
生物性能 Biological Performance	无菌 Sterilized(SAL=10^{-6})	C=0	3	0：1	样品 Samples：- - - 阳性对照 Positive：+++ 阴性对照 Negative：- - -	合格/OK
	热原≤0.5EU/mL Non-Pyrogenic (≤0.5EU/mL)	C=0	3	0：1	样品 Samples：- - - 阳性对照 Positive：+++ 阴性对照 Negative：- - -	合格/OK
	无酶 DNase & RNase Free	C=0	3	0：1	样品 Samples：- - - 阳性对照 Positive：+++ 阴性对照 Negative：- - -	合格/OK
最终判断 Final Judgement		接收 Accept √			拒收 Reject	
签名 Signature						
检验 Inspected by					审核 Approved by	

Quality Department of Guangzhou Jet Bio-Filtration Co.,Ltd. 广州洁特生物过滤股份有限公司 质量部