

真空过滤器系列最终质量检查表 Filtration Products Quality Final Check list

目录号 Catalog Number		FPE204250		规格 Specifications		250mL	
批号 Lot Number		221105-054-A		有效期 Expiration Date		2025-11-05	
生产日期 Manufacture Date		2022-11-05		检验日期 Inspection Date		2022-11-08	
检验项目及结果 Inspection Item and Result							
检验项目及标准 Inspection Item and Standard		接收水平 Acceptance Level			检验结果 Inspection Result		
		检验水平 Quality Level	样品数 Sample Size	收 : 退 Ac:Re	结果 Result	判断 Judgement	
外观 Appearance	产品无异色杂质、无油污、破裂、缩水变形现象，无披锋；包装完整 No heterochromatic impurities. No oil, crack, shrinkage deformation, burrs. With complete packaging.	依据标准：GB/T 2828.1-2012 Standard：GB/T2828.1-2012 抽样水平：Level II, AQL 1.5 Sample Level: Level II, AQL 1.5			符合/Meet criteria		合格/OK
性能 Function	容量：允差：±5% Capacity: within ±5%	C=0	10	0 : 1	符合/Meet criteria	合格/OK	
	配合及密封性 Fit and Sealability	C=0	10	0 : 1	符合/Meet criteria	合格/OK	
	流速 Flow time	C=0	10	0 : 1	符合/Meet criteria	合格/OK	
	耐压性: -90kPa Pressure resistance: -90kPa	C=0	10	0 : 1	符合/Meet criteria	合格/OK	
	细菌截留测试 Bacterial retention test	C=0	10	0 : 1	样品 Samples : - - - 阳性对照 Positive : + + + 阴性对照 Negative : - - -	合格/OK	
生物性能 Biological Performance	无菌 Sterilized(SAL=10 ⁻⁶)	C=0	3	0 : 1	样品 Samples : - - - 阳性对照 Positive : + + + 阴性对照 Negative : - - -	合格/OK	
	热原≤0.5EU/mL Non-Pyrogenic (≤0.5EU/mL)	C=0	3	0 : 1	样品 Samples : - - - 阳性对照 Positive : + + + 阴性对照 Negative : - - -	合格/OK	
	无酶 DNase & RNase Free	C=0	3	0 : 1	样品 Samples : - - - 阳性对照 Positive : + + + 阴性对照 Negative : - - -	合格/OK	
最终判断 Final Judgement		接收 Accept ☒			拒收 Reject		
签名 Signature							
检验 Inspected by				审核 Approved by			
张 进 强				马 萧 萧			