微量离心管最终质量检查表 Micro Centrifuge Tubes Quality Final Check List

目录号 Catalog Number	CFT002015	规格 Specifications	1.5ml
批号 Lot Number	211207-184-D	有效期 Expiration Date	2026-12-07
生产日期 Manufacture Date	2021-12-07	检验日期 Inspection Date	2021-12-10

检验项目及结果
Inspection Item and Result

检验项目及标准 Inspection Item and Standard		接收水平 Acceptance Level			检验结果 Inspection Result	
		检验水平 Quality Level	样品数 Sample Size	收：退 Ac:Re	结果 Result	判断 Judgement
外观 Appearance	产品无油污、破裂、缩水变形现象，无披锋；包装完整 No oil, crack, shrinkage deformation, burrs. With complete packaging.	依据标准：GB/T 2828.1-2012 Standard：GB/T2828.1-2012 抽样水平：Level II, AQL 1.5 Sample Level: Level II, AQL 1.5			符合/Meet criteria	合格/OK
性能 Function	离心力测试： 25,000×g Centrifuge test : 25,000×g	C=0	10	0：1	符合/Meet criteria	合格/OK
	容量：±2% Capacity: within ±2%	N/A				
	耐高温：121℃，20 分钟 High temperature performance：121 ºC, 20min	C=0	10	0：1	符合/Meet criteria	合格/OK
	冻存测试：-80℃，24 小时 Freezable:-80℃，24hour	C=0	10	0：1	符合/Meet criteria	合格/OK
	翻盖耐折性 Cover folding resistance	C=0	10	0：1	符合/Meet criteria	合格/OK
	管体配合及密封性 Tube fit and sealing	C=0	10	0：1	符合/Meet criteria	合格/OK
生物性能 Biological Performance	无菌 Sterilized(SAL=10^{-6})	N/A				
	热原≤0.5EU/mL Non-Pyrogenic (≤0.5EU/mL)	C=0	3	0：1	样品 Samples：- - - 阳性对照 Positive：+++ 阴性对照 Negative：- - -	合格/OK
	无酶 DNase & RNase Free	C=0	3	0：1	样品 Samples：- - - 阳性对照 Positive：+++ 阴性对照 Negative：- - -	合格/OK
最终判断 Final Judgement		接收 Accept	√		拒收 Reject	

签名 Signature

检验 Inspected by	审核 Approved by
张 [illegible]	马萧萧

Quality Department of Guangzhou Jet Bio-Filtration Co.,Ltd. 广州洁特生物过滤股份有限公司 质量部