

微量离心管最终质量检查表 Micro Centrifuge Tubes Quality Final Check List

目录号 Catalog Number	CFT003015	规格 Specifications	1.5ml
批号 Lot Number	221110-184-D	有效期 Expiration Date	2025-11-10
生产日期 Manufacture Date	2022-11-10	检验日期 Inspection Date	2022-11-13

检验项目及结果

Inspection Item and Result

检验项目及标准 Inspection Item and Standard		接收水平 Acceptance Level			检验结果 Inspection Result	
		检验水平 Quality Level	样品数 Sample Size	收: 退 Ac:Re	结果 Result	判断 Judgement
外观 Appearance	产品无油污、破裂、缩水变形现象，无披锋；包装完整 No oil, crack, shrinkage deformation, burrs. With complete packaging.	依据标准：GB/T 2828.1-2012 Standard：GB/T2828.1-2012 抽样水平：Level II, AQL 1.5 Sample Level: Level II, AQL 1.5			符合/Meet criteria	合格/OK
	离心力测试： 25,000×g Centrifuge test : 25,000×g	C=0	10	0: 1	符合/Meet criteria	合格/OK
性能 Function	容量：±2% Capacity: within ±2%	C=0	10	0: 1	符合/Meet criteria	合格/OK
	耐高温：121℃， 20 分钟 High temperature performance: 121° C, 20min	C=0	10	0: 1	符合/Meet criteria	合格/OK
	冻存测试：-80℃， 24 小时 Freezable:-80℃， 24hour	C=0	10	0: 1	符合/Meet criteria	合格/OK
	翻盖耐折性 Cover folding resistance	C=0	10	0: 1	符合/Meet criteria	合格/OK
	管体配合及密封性 Tube fit and sealing	C=0	10	0: 1	符合/Meet criteria	合格/OK
	生物性能 Biological Performance	无菌 Sterilized(SAL=10 ⁻⁶)	C=0	3	0: 1	样品 Samples： - - - 阳性对照 Positive： + + + 阴性对照 Negative： - - -
热原≤0.5EU/mL Non-Pyrogenic (≤0.5EU/mL)	C=0	3	0: 1	样品 Samples： - - - 阳性对照 Positive： + + + 阴性对照 Negative： - - -	合格/OK	
无酶 DNase & RNase Free	C=0	3	0: 1	样品 Samples： - - - 阳性对照 Positive： + + + 阴性对照 Negative： - - -	合格/OK	
最终判断 Final Judgement		接收 Accept	√		拒收 Reject	
签名 Signature						
检验 Inspected by				审核 Approved by		
张江强				马菊菊		

