

微量离心管最终质量检查表 Micro Centrifuge Tubes Quality Final Check List

目录号 Catalog Number	CFT011005	规格 Specifications	0.5ml			
批号 Lot Number	220419-326-D	有效期 Expiration Date	2025-04-19			
生产日期 Manufacture Date	2022-04-19	检验日期 Inspection Date	2022-04-22			
检验项目及结果 Inspection Item and Result						
检验项目及标准 Inspection Item and Standard		接收水平 Acceptance Level			检验结果 Inspection Result	
		检验水平 Quality Level	样品数 Sample Size	收：退 Ac:Re	结果 Result	判断 Judgement
外观 Appearance	产品无油污、破裂、缩水变形现象，无 披锋；包装完整 No oil, crack, shrinkage deformation, burrs. With complete packaging.	依据标准：GB/T 2828.1-2012 Standard：GB/T2828.1-2012 抽样水平：Level II, AQL 1.5 Sample Level: Level II, AQL 1.5			符合/Meet criteria	合格/OK
性能 Function	离心力测试：25,000×g Centrifuge test：25,000×g	C=0	10	0：1	符合/Meet	合格/OK
	容量：±2% Capacity: within ±2%	C=0	10	0：1	符合/Meet	合格/OK
	耐高温：121℃，20 分钟 High temperature performance： 121℃, 20min	C=0	10	0：1	符合/Meet	合格/OK
	冻存测试：-80℃，24 小时 Freezable:-80℃，24hour	C=0	10	0：1	符合/Meet	合格/OK
	翻盖耐折性 Cover folding resistance	C=0	10	0：1	符合/Meet	合格/OK
	管体配合及密封性 Tube fit and sealing	C=0	10	0：1	符合/Meet	合格/OK
生物性能 Biological Performance	无菌 Sterilized(SAL=10 ⁻⁶)	N/A				
	热原≤0.5EU/mL Non-Pyrogenic (≤0.5EU/mL)	C=0	3	0：1	样品 Samples：--- 阳性对照 Positive：+++ 阴性对照 Negative：---	合格/OK
	无酶 DNase & RNase Free	C=0	3	0：1	样品 Samples：--- 阳性对照 Positive：+++ 阴性对照 Negative：---	合格/OK
最终判断 Final Judgement	接收 Accept			√	拒收 Reject	
签名 Signature						
检验 Inspected by			审核 Approved by			
张 1 生			质量部			