

三角培养摇瓶最终质量检查表 Erlenmeyer Flasks Quality Final Check list

目录号 Catalog Number	TAB102125	规格 Specifications	125mL
批号 Lot Number	230819-685-F	有效期 Expiration Date	2026-08-19
生产日期 Manufacture Date	2023-08-19	检验日期 Inspection Date	2023-08-22

检验项目及结果 Inspection Item and Result

检验项目及标准 Inspection Item and Standard		接收水平 Acceptance Level			检验结果 Inspection Result	
		检验水平 Quality Level	样品数 Sample Size	收: 退 Ac:Re	结果 Result	判断 Judgement
外观 Appearance	产品无油污、破裂、缩水变形现象, 无 披锋, 包装完整 No oil, crack, shrinkage deformation, burr. With complete packaging.	依据标准: GB/T 2828.1-2012 Standard: GB/T2828.1-2012 抽样水平: Level II, AQL 1.5 Sample Level: Level II, AQL 1.5			符合/Meet criteria	合格/OK
性能 Function	容量: $\pm 5\%$ Capacity: within $\pm 5\%$	C=0	10	0: 1	符合/Meet criteria	合格/OK
	密封性: -20kPa, 1 分钟 Leakage: -20kPa, 1min	C=0	10	0: 1	符合/Meet criteria	合格/OK
	耐高温(PC 料适用): 121°C, 20 分钟 High temperature Performance (only for PC material): 121°C, 20min.	N/A				
	冻存测试: -80°C, 48 小时 Freezable: -80°C, 48hour	C=0	10	0: 1	符合/Meet criteria	合格/OK
生物性能 Biological Performance	细胞培养 Cell culture	C=0	3	0: 1	样品 Samples: --- 阳性对照 Positive: +++ 阴性对照 Negative: ---	合格/OK
	无菌 Sterilized(SAL= 10^{-6})	C=0	3	0: 1	样品 Samples: --- 阳性对照 Positive: +++ 阴性对照 Negative: ---	合格/OK
	细胞毒性 Cytotoxicity	C=0	3	0: 1	样品 Samples: --- 阳性对照 Positive: +++ 阴性对照 Negative: ---	合格/OK
	热原 ≤ 0.03 EU/mL Non-Pyrogenic (≤ 0.03 EU/mL)	C=0	3	0: 1	样品 Samples: --- 阳性对照 Positive: +++ 阴性对照 Negative: ---	合格/OK
	无酶 DNase & RNase Free	C=0	3	0: 1	样品 Samples: --- 阳性对照 Positive: +++ 阴性对照 Negative: ---	合格/OK
最终判断 Final Judgement		接收 Accept			拒收 Reject	

签名 Signature

检验 Inspected by

审核 Approved by