

JET Filtration Products Quality Final Check list 洁特针头式过滤器最终质量检查表

送检单号 Application Inspection Number		20200601-002			检验日期 Inspection Date		2020-06-01	
目录号/规格 Cat# or Part#		FPE204030/30mm			检验编号 Inspection Number		JY200601-002	
批号 Lot Number		200529-052			数量 Quantity(CS/PCS)		30cs / 10800pcs	
检验项目及结果 Inspection Item and Result								
检验项目及标准 Inspection Item and Standard		接收水平 Acceptance Level				检验结果 Inspection Result		
		检验水平 Quality Level		样品数 Sample Size	收: 退 Ac:Re	结果 Result	判断 Judgement	
外观 Appearance	产品 Products	Level II	C=0	315	0:1	符合/Meet criteria	PASS	
			MI 1.5	315	10:11	符合/Meet criteria		
	内包装 Inner-package	Level II	C=0	32	0:1	符合/Meet criteria	PASS	
			MI 1.5	32	1:2	符合/Meet criteria		
	外包装 Outer-package	Level II	C=0	8	0:1	符合/Meet criteria	PASS	
			MI 1.5	8	0:1	符合/Meet criteria		
性能 Function	流速 Flow time	C=0		10	0: 1	符合/Meet criteria	PASS	
	泡点 Bubble Point	C=0		10	0: 1	符合/Meet criteria	PASS	
	外壳耐压 Shell compression	C=0		10	0: 1	符合/Meet criteria	PASS	
	吸塑盒热压密封效果 Heat pressure sealing effect of blister box	C=0		10	0: 1	符合/Meet criteria	PASS	
	除菌效果 Sterilizing effect	C=0		3	0: 1	样品 Samples: --- 阳性对照 Positive: +++ 阴性对照 Negative: ---	PASS	
	生物性能 Biological Performance	无菌 Sterilized(SAL=10 ⁻⁶)	C=0		3	0: 1	样品 Samples: --- 阳性对照 Positive: +++ 阴性对照 Negative: ---	PASS
	热原≤0.5Eu/ml Non-Pyrogenic (≤ 0.5Eu/ml)	C=0		3	0: 1	样品 Samples: --- 阳性对照 Positive: +++ 阴性对照 Negative: ---	PASS	
	无酶 DNase & RNase Free	C=0		3	0: 1	样品 Samples: --- 阳性对照 Positive: +++ 阴性对照 Negative: ---	PASS	
最终判断 Final Judgement		接收 Accept				拒收 Reject		
签名 Signature								
检验员 Inspector				审核人 Approval				
张立强				张立强				