

PCR 管最终质量检查表 PCR Tubes Quality Final Check list

目录号 Catalog Number	PCR410200	规格 Specifications	0.2ml			
批号 Lot Number	230921-1894-F	有效期 Expiration Date	2028-9-21			
生产日期 Manufacture Date	2023-9-21	检验日期 Inspection Date	2023-9-24			
检验项目及结果 Inspection Item and Result						
检验项目及标准 Inspection Item and Standard		接收水平 Acceptance Level			检验结果 Inspection Result	
		检验水平 Quality Level	样品数 Sample Size	收: 退 Ac:Re	结果 Result	判断 Judgement
外观 Appearance	产品无异色杂质、无油污、破裂、缩水变形现象, 无披锋, 包装完整 No heterochromatic impurities, No oil, crack, shrinkage deformation, burrs. With complete packaging.	依据标准: GB/T 2828.1-2012 Standard: GB/T2828.1-2012 抽样水平: Level II, AQL 1.5 Sample Level: Level II, AQL 1.5			符合/Meet criteria	合格/OK
性能 Function	蒸发率: Evaporation rates PCR 管 (PCR Tubes) ≤3%	C=0	10	0: 1	符合/Meet criteria	合格/OK
生物性能 Biological Performance	无菌 Sterilized(SAL=10 ⁻⁶)	N/A				
	热原≤0.03EU/mL Non-Pyrogenic (≤0.03EU/mL)	C=0	3	0: 1	样品 Samples: --- 阳性对照 Positive: +++ 阴性对照 Negative: ---	合格/OK
	无酶 DNase & RNase Free	C=0	3	0: 1	样品 Samples: --- 阳性对照 Positive: +++ 阴性对照 Negative: ---	合格/OK
最终判断 Final Judgement		接收 Accept	拒收 Reject			
签名 Signature						
检验 Inspected by		审核 Approved by				
张 江 伟		马 萧 萧				