

吸量管最终质量检查表 Plastic Pasteur Pipet Quality Final Check List

目录号 Catalog Number	PP000230	规格 Specifications	230mm
批号 Lot Number	221227-249-A	有效期 Expiration Date	2025-12-27
生产日期 Manufacture Date	2022-12-27	检验日期 Inspection Date	2022-12-30

检验项目及结果 Inspection Item and Result

检验项目及标准 Inspection Item and Standard		接收水平 Acceptance Level			检验结果 Inspection Result	
		检验水平 Quality Level	样品数 Sample Size	收：退 Ac:Re	结果 Result	判断 Judgement
外观 Appearance	产品规格、管体透明无杂色、晶点、破裂、明显重影；无堵嘴、无严重歪头、歪嘴、刮花磨损等；包装完整 With right specifications , transparent body. Without crystal point, crack, obvious double shadow. No plugging, deformation, scratches etc. With complete packaging.	依据标准：GB/T 2828.1-2012 Standard：GB/T2828.1-2012 抽样水平：Level II, AQL 1.5 Sample Level: Level II, AQL 1.5			符合/Meet criteria	合格/OK
	性能 Function	流出时间 Outflow	C=0	10	0：1	符合/Meet criteria
	管体的密封性 Sealing property	C=0	10	0：1	符合/Meet criteria	合格/OK
生物性能 Biological Performance	无菌 Sterilized(SAL=10 ⁻⁶)	C=0	3	0：1	样品 Samples： - - - 阳性对照 Positive： + + + 阴性对照 Negative： - - -	合格/OK
	热原≤0.5EU/mL Non-Pyrogenic (≤0.5EU/mL)	C=0	3	0：1	样品 Samples： - - - 阳性对照 Positive： + + + 阴性对照 Negative： - - -	合格/OK
	细胞毒性 Cytotoxicity	C=0	3	0：1	样品 Samples： - - - 阳性对照 Positive： + + + 阴性对照 Negative： - - -	合格/OK
	无酶 DNase & RNase Free	C=0	3	0：1	样品 Samples： - - - 阳性对照 Positive： + + + 阴性对照 Negative： - - -	合格/OK
最终判断 Final Judgement		接收 Accept ☒			拒收 Reject	
签名 Signature						
检验 Inspected by			审核 Approved by			
张江伟			马荣荣			