

### 针头式过滤器最终质量检查表 Filtration Products Quality Final Check list

<b>目录号</b> Catalog Number	FPV423025	<b>规格</b> Specifications	25mm			
<b>批号</b> Lot Number	230717-150-A	<b>有效期</b> Expiration Date	2028-07-17			
<b>生产日期</b> Manufacture Date	2023-07-17	<b>检验日期</b> Inspection Date	202307-20			
<b>检验项目及结果 Inspection Item and Result</b>						
<b>检验项目及标准</b> Inspection Item and Standard		<b>接收水平</b> Acceptance Level			<b>检验结果</b> Inspection Result	
		<b>检验水平</b> Quality Level	<b>样品数</b> Sample Size	<b>收: 退</b> Ac:Re	<b>结果</b> Result	<b>判断</b> Judgement
<b>外观</b> Appearance	产品无异色杂质、无油污、破裂、缩水变形现象, 无披锋, 包装完整 No heterochromatic impurities. No oil, crack, shrinkage deformation, burrs. With complete packaging.	依据标准: GB/T 2828.1-2012 Standard: GB/T2828.1-2012 抽样水平: Level II, AQL 1.5 Sample Level: Level II, AQL 1.5			符合/Meet criteria 合格/OK	
<b>性能</b> Function	流速 Flow time	C=0	10	0: 1	符合/Meet criteria	合格/OK
	泡点 Bubble Point	C=0	10	0: 1	符合/Meet criteria	合格/OK
	耐压性 Pressure resistance	C=0	10	0: 1	符合/Meet criteria	合格/OK
	吸塑盒热压密封效果 Heat pressure sealing effect of blister box	C=0	10	0: 1	符合/Meet criteria	合格/OK
	除菌效果 Sterilizing effect	N/A				
<b>生物性能</b> Biological Performance	无菌 Sterilized(SAL=10 <sup>-6</sup> )	N/A				
	热原≤0.5EU/mL Non-Pyrogenic (≤0.5EU/mL)	C=0	3	0: 1	样品 Samples: - - - 阳性对照 Positive: + + + 阴性对照 Negative: - - -	合格/OK
	无酶 DNase & RNase Free	C=0	3	0: 1	样品 Samples: - - - 阳性对照 Positive: + + + 阴性对照 Negative: - - -	合格/OK
<b>最终判断</b> Final Judgement	接收 Accept			拒收 Reject		
<b>签名 Signature</b>						
<b>检验 Inspected by</b>				<b>审核 Approved by</b>		
张 江 华				马 萧 萧		