

加样槽最终质量检查表 Liquid Transfer Trough Quality Final Check list						
目录号 Catalog Number		LTT000050		规格 Specifications		
50mL (非灭菌)		批号 Lot Number		有效期 Expiration Date		
230727-139-A		生产日期 Manufacture Date		检验日期 Inspection Date		
2023-07-27		2023-07-30				
检验项目及结果 Inspection Item and Result						
检验项目及标准 Inspection Item and Standard		接收水平 Acceptance Level			检验结果 Inspection Result	
		检验水平 Quality Level	样品数 Sample Size	收: 退 Ac:Re	结果 Result	判断 Judgement
外观 Appearance	产品无异色杂质、无油污、破裂、缩水变形现象，无披锋，包装完整 No heterochromatic impurities. No oil, crack, shrinkage deformation, burrs. With complete packaging.	依据标准: GB/T 2828.1-2012 Standard: GB/T2828.1-2012 抽样水平: Level II, AQL 1.5 Sample Level: Level II, AQL 1.5			符合/Meet criteria	合格/OK
最终判断 Final Judgement		接收 Accept	√		拒收 Reject	
签名 Signature						
检验 Inspected by			审核 Approved by			
张 江 华			马 菊 菊			