

加样槽最终质量检查表 Liquid Transfer Trough Quality Final Check list

目录号 Catalog Number		LTT002050		规格 Specifications		50mL	
批号 Lot Number		221222-336-D		有效期 Expiration Date		2027-12-22	
生产日期 Manufacture Date		2022-12-22		检验日期 Inspection Date		2022-12-25	
检验项目及结果 Inspection Item and Result							
检验项目及标准 Inspection Item and Standard		接收水平 Acceptance Level			检验结果 Inspection Result		
		检验水平 Quality Level	样品数 Sample Size	收:退 Ac:Re	结果 Result	判断 Judgement	
外观 Appearance	产品无异色杂质、无油污、破裂、缩水变形现象，无披锋，包装完整 No heterochromatic impurities. No oil, crack, shrinkage deformation, burrs. With complete packaging.	依据标准: GB/T 2828.1-2012 Standard: GB/T2828.1-2012 抽样水平: Level II, AQL 1.5 Sample Level: Level II, AQL 1.5			符合/Meet criteria		合格/OK
生物性能 Biological Performance	无菌 Sterilized (SAL=10 ⁻⁶)	N/A					
最终判断 Final Judgement		接收 Accept	√		拒收 Reject		
签名 Signature							
检验 Inspected by				审核 Approved by			
张 江 华				马 菊 菊			