

## 吸头最终质量检查表 Tips Quality Final Check list

| 目录号<br>Catalog Number                   | PMT030300                                                                                                                                            | 规格<br>Specifications                                                                                              | 300μl              |                |                                                                   |                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 批号<br>Lot Number                        | 230803-362-F                                                                                                                                         | 有效期<br>Expiration Date                                                                                            | 2028-08-03         |                |                                                                   |                 |
| 生产日期<br>Manufacture Date                | 2023-08-03                                                                                                                                           | 检验日期<br>Inspection Date                                                                                           | 2023-08-06         |                |                                                                   |                 |
| 检验项目及结果<br>Inspection Item and Result   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                    |                |                                                                   |                 |
| 检验项目及标准<br>Inspection Item and Standard |                                                                                                                                                      | 接收水平<br>Acceptance Level                                                                                          |                    |                | 检验结果<br>Inspection Result                                         |                 |
|                                         |                                                                                                                                                      | 检验水平<br>Quality Level                                                                                             | 样品数<br>Sample Size | 收: 退<br>Ac:Re  | 结果<br>Result                                                      | 判断<br>Judgement |
| 外观<br>Appearance                        | 产品无油污、破裂、缩水变形现象, 无披锋; 内外壁光滑, 无弯曲; 包装完整<br>No oil, crack, shrinkage deformation, burrs. The tips is smooth, without bending. With complete packaging. | 依据标准: GB/T 2828.1-2012<br>Standard: GB/T2828.1-2012<br>抽样水平: Level II, AQL 1.5<br>Sample Level: Level II, AQL 1.5 |                    |                | 符合/Meet criteria                                                  | 合格/OK           |
| 性能<br>Function                          | 与移液枪匹配性:<br>Match with pipettor                                                                                                                      | C=0                                                                                                               | 10                 | 0: 1           | 符合/Meet criteria                                                  | 合格/OK           |
|                                         | 管壁残留 Liquid residue on the inner wall of the tip                                                                                                     | C=0                                                                                                               | 10                 | 0: 1           | 符合/Meet criteria                                                  | 合格/OK           |
|                                         | 耐高温: 121°C, 20 分钟<br>High temperature performance: 121°C, 20min                                                                                      | C=0                                                                                                               | 10                 | 0: 1           | 符合/Meet criteria                                                  | 合格/OK           |
| 生物性能<br>Biological Performance          | 无菌<br>Sterilized (SAL=10 <sup>-6</sup> )                                                                                                             | N/A                                                                                                               |                    |                |                                                                   |                 |
|                                         | 热原≤0.03EU/mL<br>Non-Pyrogenic (≤0.03EU/mL)                                                                                                           | C=0                                                                                                               | 3                  | 0: 1           | 样品 Samples: - - -<br>阳性对照 Positive: + + +<br>阴性对照 Negative: - - - | 合格/OK           |
|                                         | 无酶<br>DNase & RNase Free                                                                                                                             | C=0                                                                                                               | 3                  | 0: 1           | 样品 Samples: - - -<br>阳性对照 Positive: + + +<br>阴性对照 Negative: - - - | 合格/OK           |
| 最终判断<br>Final Judgement                 |                                                                                                                                                      | 接收<br>Accept                                                                                                      | √                  |                | 拒收<br>Reject                                                      |                 |
| 签名<br>Signature                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                    |                |                                                                   |                 |
| 检验 Inspected by                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                    | 审核 Approved by |                                                                   |                 |
| 张 江 华                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                    | 马 萧 萧          |                                                                   |                 |