

离心管（瓶）最终质量检查表 Centrifuge Tubes Quality Final Check List

| 目录号<br>Catalog Number                   | CFT925500                                                                                                                           | 规格<br>Specifications                                                                                                                              | 50mL               |                |                                                                   |                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 批号<br>Lot Number                        | 230821-7060-A                                                                                                                       | 有效期<br>Expiration Date                                                                                                                            | 2028-08-21         |                |                                                                   |                 |
| 生产日期<br>Manufacture Date                | 2023-08-21                                                                                                                          | 检验日期<br>Inspection Date                                                                                                                           | 2023-08-24         |                |                                                                   |                 |
| 检验项目及结果<br>Inspection Item and Result   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                    |                |                                                                   |                 |
| 检验项目及标准<br>Inspection Item and Standard |                                                                                                                                     | 接收水平<br>Acceptance Level                                                                                                                          |                    |                | 检验结果<br>Inspection Result                                         |                 |
|                                         |                                                                                                                                     | 检验水平<br>Quality Level                                                                                                                             | 样品数<br>Sample Size | 收：退<br>Ac:Re   | 结果<br>Result                                                      | 判断<br>Judgement |
| 外观<br>Appearance                        | 产品无油污、破裂、缩水变形现象，无<br>披锋；无缺胶；包装完整<br>No oil, crack, shrinkage<br>deformation,burrs; No shortage of<br>glue; With complete packaging. | 依据标准：GB/T 2828.1-2012<br>Standard: GB/T2828.1-2012<br>抽样水平：Level II, AQL 1.5(严重缺陷：C=0)<br>Sample Level: Level II, AQL 1.5<br>(Serious flaws: C=0) |                    |                | 符合/Meet criteria                                                  | 合格/OK           |
| 性能<br>Function                          | 离心力测试：锥底:20,000×g<br>Centrifuge test :<br>Conical tubes: 20,000×g                                                                   | C=0                                                                                                                                               | 10                 | 0: 1           | 符合/Meet criteria                                                  | 合格/OK           |
|                                         | 容量：±2% Capacity: within ±2%                                                                                                         | C=0                                                                                                                                               | 10                 | 0: 1           | 符合/Meet criteria                                                  | 合格/OK           |
|                                         | 耐高温：121℃，20 分钟<br>High temperature performance:<br>121℃, 20min                                                                      | C=0                                                                                                                                               | 10                 | 0: 1           | 符合/Meet criteria                                                  | 合格/OK           |
|                                         | 冻存测试：-80℃，24 小时<br>Freezable:-80℃，24hour                                                                                            | C=0                                                                                                                                               | 10                 | 0: 1           | 符合/Meet criteria                                                  | 合格/OK           |
|                                         | 油墨牢固度 Ink fastness                                                                                                                  | C=0                                                                                                                                               | 10                 | 0: 1           | 符合/Meet criteria                                                  | 合格/OK           |
|                                         | 书写效果 writing effect                                                                                                                 | C=0                                                                                                                                               | 10                 | 0: 1           | 符合/Meet criteria                                                  | 合格/OK           |
|                                         | 密封性测试（-90kpa,60s）：<br>Sealability test（-90kpa,60s）                                                                                  | C=0                                                                                                                                               | 10                 | 0: 1           | 符合/Meet criteria                                                  | 合格/OK           |
| 生物性能<br>Biological<br>Performance       | 无菌<br>Sterilized(SAL=10 <sup>-6</sup> )                                                                                             | N/A                                                                                                                                               |                    |                |                                                                   |                 |
|                                         | 热原≤0.03EU/mL<br>Non-Pyrogenic (≤0.03EU/mL)                                                                                          | C=0                                                                                                                                               | 3                  | 0: 1           | 样品 Samples: - - -<br>阳性对照 Positive: + + +<br>阴性对照 Negative: - - - | 合格/OK           |
|                                         | 无酶<br>DNase & RNase Free                                                                                                            | C=0                                                                                                                                               | 3                  | 0: 1           | 样品 Samples: - - -<br>阳性对照 Positive: + + +<br>阴性对照 Negative: - - - | 合格/OK           |
| 最终判断 Final Judgement                    |                                                                                                                                     | 接收 Accept √                                                                                                                                       |                    |                | 拒收 Reject                                                         |                 |
| 签名 Signature                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                    |                |                                                                   |                 |
| 检验 Inspected by                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                    | 审核 Approved by |                                                                   |                 |
| 张 卫 强                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                    | 马 菊 菊          |                                                                   |                 |