

吸头盒最终质量检查表 Tips box Quality Final Check list

目录号 Catalog Number	PPT450001	规格 Specifications	1000μl			
批号 Lot Number	221009-638-D	有效期 Expiration Date	2027-10-09			
生产日期 Manufacture Date	2022-10-09	检验日期 Inspection Date	2022-10-12			
检验项目及结果 Inspection Item and Result						
检验项目及标准 Inspection Item and Standard		接收水平 Acceptance Level			检验结果 Inspection Result	
		检验水平 Quality Level	样品数 Sample Size	收：退 Ac:Re	结果 Result	判断 Judgement
外观 Appearance	产品无异色杂质、无油污、破裂、缩水变形现象，无披锋；包装完整 No heterochromatic impurities. No oil, crack, shrinkage deformation, burrs. With complete packaging.	依据标准：GB/T 2828.1-2012 Standard：GB/T2828.1-2012 抽样水平：Level II, AQL 1.5 Sample Level: Level II, AQL 1.5			符合/Meet criteria	合格/OK
性能 Function	耐高温：121℃，20 分钟 High temperature performance：121℃, 20min	C=0	10	0: 1	符合/Meet criteria	合格/OK
生物性能 Biological Performance	无菌 Sterilized (SAL=10 ⁻⁶)	C=0	3	0: 1	样品 Samples：--- 阳性对照 Positive：+++ 阴性对照 Negative：---	合格/OK
	热原≤0.5EU/mL Non-Pyrogenic (≤0.5EU/mL)	C=0	3	0: 1	样品 Samples：--- 阳性对照 Positive：+++ 阴性对照 Negative：---	合格/OK
	无酶 DNase & RNase Free	C=0	3	0: 1	样品 Samples：--- 阳性对照 Positive：+++ 阴性对照 Negative：---	合格/OK
最终判断 Final Judgement		接收 Accept	√		拒收 Reject	
签名 Signature						
检验 Inspected by				审核 Approved by		
张 记 强				马 萧 萧		