



深孔板最终质量检查表 Deep Multi-well Plate Quality Final Check list

目录号 Catalog Number	VWP032096	规格 Specifications	96 孔, 0.36ml
批号 Lot Number	220803-561-D	有效期 Expiration Date	2027-08-03
生产日期 Manufacture Date	2022-08-03	检验日期 Inspection Date	2022-08-06

检验项目及结果

Inspection Item and Result

检验项目及标准 Inspection Item and Standard		接收水平 Acceptance Level			检验结果 Inspection Result	
		检验水平 Quality Level	样品数 Sample Size	收：退 Ac:Re	结果 Result	判断 Judgement
外观 Appearance	产品粘结部牢固，无气泡、条纹，变形，无漏液现象等，包装完整 Firm bonding part of the product , no bubbles, stripes, deformation, no leakage phenomenon, etc. With complete packaging.	依据标准：GB/T 2828.1-2012 Standard: GB/T2828.1-2012 抽样水平：Level II, AQL 1.5 Sample Level: Level II, AQL 1.5			符合/Meet criteria	合格/OK
生物性能 Biological Performance	无菌 Sterilized (SAL=10 ⁻⁶)	N/A				
最终判断 Final Judgement		接收 Accept	√	拒收 Reject		
签名 Signature						
检验 Inspected by		审核 Approved by				
张江强		质量部			马萧萧	

