

深孔板最终质量检查表 Deep Multi-well Plate Quality Final Check list						
目录号 Catalog Number	VWP033096	规格 Specifications		96 孔 V 型板		
批号 Lot Number	230708-561-A	有效期 Expiration Date		2026-07-08		
生产日期 Manufacture Date	2023-07-08	检验日期 Inspection Date		2023-07-11		
检验项目及结果 Inspection Item and Result						
检验项目及标准 Inspection Item and Standard		接收水平 Acceptance Level			检验结果 Inspection Result	
		检验水平 Quality Level	样品数 Sample Size	收: 退 Ac:Re	结果 Result	判断 Judgement
外观 Appearance	产品粘结部牢固, 无气泡、条纹, 变形, 无漏液现象等, 包装完整 Firm bonding part of the product, no bubbles, stripes, deformation, no leakage phenomenon, etc. With complete packaging.	依据标准: GB/T 2828.1-2012 Standard: GB/T2828.1-2012 抽样水平: Level II, AQL 1.5 Sample Level: Level II, AQL 1.5			符合/Meet criteria	合格/OK
生物性能 Biological Performance	无菌 Sterilized (SAL=10 ⁻⁶)	C=0	3	0: 1	样品 Samples: - - - 阳性对照 Positive: + + + 阴性对照 Negative: - - -	合格/OK
最终判断 Final Judgement		接收 Accept	√		拒收 Reject	
签名 Signature						
检验 Inspected by		审核 Approved by				
张 江 强		马 萧 萧				